



Al Direttore della Sezione di Firenze
Dr. O. Adriani

Sede

Oggetto: Vincoli di dose per attività professionali.

Caro Direttore,
in ottemperanza a quanto richiesto dall'art.112, comma 1, lett. 1) e dall'art.5, comma 2, del D.Lgs.101/2020, per le sole normali attività lavorative (esposizione pianificata), si stabilisce quanto segue:

VINCOLI DI DOSE DA ADOTTARE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' DA SVOLGERSI IN SEDE E FUORI SEDE

1. Attività con rischio da radiazioni ionizzanti con sorgenti radiogene presso la Sezione e sedi esterne/estere

Lavoratori classificati come "Non Esposti"

- i) Per le attività presso l'acceleratore Tandetron e/o con sorgenti a raggi X e/o sorgenti di calibrazione – Vincolo di dose proposto pari a 0.3 mSv/anno
- ii) Per le attività esterne/estere - Vincolo di dose proposto pari a 0.4 mSv/anno

Lavoratori classificati come "Esposti"

- i) Per le attività presso l'acceleratore Tandetron e/o con sorgenti a raggi X e/o sorgenti di calibrazione – Vincolo di dose proposto pari a 1.0 mSv/anno
- ii) Per le attività esterne - Vincolo di dose proposto pari a 1.5 mSv/anno.

Si rammenta ad ogni buon fine che il vincolo di dose proposto in caso di lavori con rischio presso più sedi esterne, rappresenta un valore cumulativo che va opportunamente ripartito e concordato con gli esercenti una volta noti.

L'esperto di radioprotezione

D. Zafirooulos

Dr. Demetre Zafirooulos
Esperto di Radioprotezione III° grado di



Fisica N° 275
codice fiscale
84001850589

Per conferma
Il Direttore della Sezione
Dr. O. Adriani

.....
IL DIRETTORE
(Prof. O. Adriani)